

4

KANE ASSET MANAGER (KAM)



Enregistrer votre analyseur KANE pour créer votre tableau de bord KAM:

- ★ Réservation en ligne simple sur www.kane.fr
- ★ Informations spécifiques de votre produit, offres spéciales et remises
- ★ Rappel automatique à l'échéance de l'étalonnage de votre analyseur
- ★ **RENOI GRATUIT** de votre analyseur KANE en révision
- ★ **Révision le jour même de son arrivée, sinon révision gratuite***

*Hors analyseurs série 9

Utiliser les 11 chiffres

182620200
92

Veillez **enregistrer** votre analyseur sur www.kane.fr et télécharger le manuel d'utilisation complet

VEUILLEZ LIRE LE MANUEL ET LES AVERTISSEMENTS AVANT UTILISATION



Service Client

03 27 80 88 54

Email: infos@kane.fr

Kane International

123, rue Françoise Sagan

Ecopark du Raquet

59450 Sin le Noble

Email: sav@kane.fr

Suivez nous sur...



KANE et le logo KANE (déposés au Royaume-Uni et ailleurs) sont des marques commerciales de Kane Group Limited, utilisées sous licence. Toutes les autres marques sont des marques déposées par leurs détenteurs respectifs. © 2021 Kane International

Limited
Stock No. QRG00253 Rev: 1.00921



Bienvenue

KANE358

Analyseur de combustion
avec protection de la
cellule CO

Guide rapide d'utilisation



Hello mise en route du KANE358

- 1 Connaître votre KANE358
- 2 Connexions
- 3 Avant l'utilisation
- 4 KANE ASSET MANAGEMENT (KAM)

Merci d'enregistrer votre analyseur sur www.kane.fr et de télécharger le manuel d'utilisation complet.

VEUILLEZ LIRE TOUS LES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ DANS LE MANUEL

1 Connaître votre KANE358



Fonctions des Touches

Icon	Description
	PAUSE - Appuyez brièvement pour maintenir en pause les données actuellement à l'écran (voir la section Barre d'état)
	POMPE - Appuyez longuement pour activer / désactiver la pompe
	NAVIGUER VERS LE HAUT - Appuyez brièvement pour faire défiler vers le haut
	ENTRER - Utilisée pour sélectionner l'option actuelle
	NAVIGUER VERS LE BAS - Appuyez brièvement pour faire défiler vers le bas
	SAUVEGARDER - Appuyez longuement pour stocker les données
	IMPRIMER - Appuyez brièvement pour imprimer un rapport

2

Connections

Connexion chargeur de batteries

Connecteur de Pression P2

Connecteur de Pression P1

Connecteur de température des fumées
- se branche en T1
Attention au sens de branchement

Entrée température T2

Entrée sonde de température des fumées T1

Entrée des gaz de combustion

Vidange du déshydrateur

Connecteur rouge
- se branche sur l'entrée des gaz

Tuyau sonde

3

Avant l'utilisation

Vérifier que :

Le filtre à particules n'est pas sale ; Le déshydrateur et la sonde ne contiennent pas d'eau ; Le déshydrateur et son bouchon rouge soient bien présents sur l'analyseur ; Tuyau de la sonde de fumée est connecté à l'entrée des gaz de combustion ; Connecteur de température de la sonde de fumée est connecté en entrée de température T1

Purge d'air frais

Placer la sonde de fumée à l'air frais et appuyer sur «On/Off» L'analyseur se calibre automatiquement pendant 30 secondes

Sélectionnez «Ratio» sur le cadran - en lecture d'air frais CO = 0ppm.

Sélectionnez «O2 / Eff» sur le cadran - en lecture d'air frais O2 = 20,9%.

Sélectionnez «Status» sur le cadran pour sélectionner votre combustible

Pour une meilleure précision du capteur de pression

Allumez l'analyseur pendant 5 minutes pour le laisser se stabiliser à la température ambiante pour une mise à 0 du capteur lorsque l'analyseur est en position de travail.

Chargement des batteries rechargeables NiMH

Éteindre l'analyseur

Connecter le chargeur - l'indicateur de charge s'allume



module sans fil
disponible

4

KANE ASSET MANAGER (KAM)



Register your KANE analyser to create your KAM dashboard:

- ★ Simple online booking on www.kane.co.uk
- ★ Relevant product specific promotions, special offers & discounts
- ★ Automatic reminder when due for recertification
- ★ **FREE POSTAGE** returning your KANE analyser
- ★ **SAME DAY** annual FGA recertification **OR YOUR MONEY BACK***

*Excludes KANE '9 series' analysers & UKAS certificates

Use all 11 digits

182620200
92



Please **register** your analyser at www.kane.co.uk & download the full instruction manual from your KAM dashboard
PLEASE READ ALL SAFETY WARNINGS IN THE MANUAL



Customer Service

Outside UK Call **+44 1707 375550**

0800 059 0800

Email: sales@kane.co.uk

Northern Customer Service

Kane International Ltd

Gibfield Park Avenue, Atherton,
Manchester, M46 0SY, UK
Email: nservice@kane.co.uk

Southern & International Customer Service

Kane International Ltd

Kane House, 11 Bessemer Road,
Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 1GF, UK
Email: sservice@kane.co.uk

Follow us on...   

 ★ Trustpilot

KANE and the KANE logo (registered in the UK and elsewhere) are trademarks of Kane Group Limited, used under licence.
All other marks are trademarks of their respective holders. © 2021 Kane International Limited

Stock No. QRG00162 Rev: 1.00321



Welcome

KANE358

Flue Gas Analyser with
CO sensor protection

Quick reference guide

